

Kielce, 6 listopada 2025 roku

Gmina Kielce -
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Kielcach
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
NIP: 657-261-73-25 REGON: 291009343

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa materiałów medycznych i pomocniczych na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach”

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2025/BZP 00516638/01 z dnia 2025-11-05

Odpowiedź na Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie:

Czy w Pakiecie Zbiorczym pozycja 60 **Sterylny żel nawilżająco-znieczulający zawierający 2% Lidokainy 25 szt. Zamawiający oczekuje** jałowego żelu do cewnikowania z 2% Lidocaine hydrochloride i 0,05% Clorhexidine didydrochloride w postaci harmonijkowego aplikatora, o objętości 8,5g, aplikator z atraumatyczną końcówką zapewniającą bezpieczne podanie minimalizujące możliwość urazu cewki pacjenta. Żel bez konserwantów i parabenów; aplikator (sterylne opakowanie) łatwy w użyciu, możliwy do otwarcia i obsługi jedną ręką?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający **oczekuje** w Pakiecie Zbiorczym pozycja 60 **Sterylny żel nawilżająco-znieczulający zawierający 2% Lidokainy 25 szt.** jałowego żelu do cewnikowania z 2% Lidocaine hydrochloride i 0,05% Clorhexidine didydrochloride w postaci harmonijkowego aplikatora, o objętości 8,5g, aplikator z atraumatyczną końcówką zapewniającą bezpieczne podanie minimalizujące możliwość urazu cewki pacjenta. Żel bez konserwantów i parabenów; aplikator (sterylne opakowanie) łatwy w użyciu, możliwy do otwarcia i obsługi jedną ręką.

Zamawiający zastrzega przy tym przestrzeganie wymogów zawartych w rozdziale III pkt. 5 SWZ to jest:

- 1) *Podane wielkości opakowań służą do przeliczenia wielkości przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować produkt w opakowaniu innej wielkości niż zostało to określone w formularzu asortymentowo-cenowym, pod warunkiem, że ogólna ilość (np. szt. op.) nie będzie mniejsza po przeliczeniu od przedmiotu zamówienia, a przekroczenie ilości będzie mniejsze niż wielkość opakowania handlowego.*
- 1) *Wykonawca może zaoferować wyrób innego producenta, w innej postaci produktu niż to określono w formularzu asortymentowo-cenowym pod warunkiem zachowania jego charakterystyki, parametrów, właściwości użytkowych i jakości.*
- 2) *Wykonawca dokonując powyżej dozwolonych zmian powinien oznaczyć te zmiany w formularzu asortymentowo-cenowym pogrubioną czcionką lub kolorem.*

DYREKTOR
mgr Bożena Szymczyk-Kogut